

Hoja de Laringoscopio Miller Recta #4 Luz Estandar. Longitud Total 20.5 Cm. Longitud de Trabajo 18 Cm. Adulto.

Visualización confiable de la vía aérea para procedimientos de intubación en adultos.

Marca: HGM

Diagnóstico

Laringoscopios

RESUMEN PRELIMINAR

Se muestran sólo datos de identidad confirmados. Especificaciones, imagen y accesorios se validan con su asesor.

Hoja de laringoscopio Miller recta #4 con luz estándar, diseñada para intubación en pacientes adultos. Instrumento de precisión con dimensiones optimizadas para visualización directa de las cuerdas vocales.

Imagen no disponible

DESCRIPCIÓN

La hoja de laringoscopio Miller recta #4 es un instrumento especializado de anestesiología que facilita la visualización directa de la vía aérea durante procedimientos de intubación endotraqueal. Su diseño recto permite un acceso ergonómico y controlado a la faringe, proporcionando campo visual adecuado para pacientes adultos.

Con luz estándar integrada, este dispositivo brinda iluminación suficiente para identificar con precisión la glotis y las estructuras laríngeas durante la intubación. Las dimensiones técnicas de 20.5 cm de longitud total y 18 cm de longitud de trabajo están estandarizadas para aplicaciones clínicas en adultos.

Fabricada por HGM bajo especificaciones de calidad médica, esta hoja es compatible con mangos de laringoscopio estándar, permitiendo su integración en los protocolos de manejo de vía aérea de hospitales y centros quirúrgicos. Su construcción garantiza durabilidad y facilidad de mantenimiento e higienización.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño recto tipo Miller
- Luz estándar integrada
- Optimizada para pacientes adultos
- Compatible con mangos laringoscópicos estándar
- Construcción resistente y de fácil mantenimiento
- Especificación técnica de precisión

USO RECOMENDADO

Intubación endotraqueal en anestesia general; Procedimientos quirúrgicos que requieran manejo de vía aérea; Servicios de anestesiología hospitalaria; Quirófanos y áreas de cuidados intensivos; Centros de emergencia y trauma

Documento preliminar: no sustituye la ficha del fabricante ni acredita especificaciones, accesorios o registros todavía no validados.