

Hoja de Laringoscopio Miller Recta # 00 Fibra Optica Longitud Total 6.5 Cm.. Longitud de Trabajo 4.5 Cm. H.p

Visualización clara y controlada de la vía aérea para procedimientos de intubación seguros y efectivos.

Marca: HGM

Diagnóstico

Laringoscopios

RESUMEN PRELIMINAR

Se muestran sólo datos de identidad confirmados. Especificaciones, imagen y accesorios se validan con su asesor.

Hoja de laringoscopio Miller recta #00 con fibra óptica integrada, diseñada para visualización directa de la laringe en procedimientos de intubación. Longitud total de 6.5 cm con área de trabajo de 4.5 cm, ideal para pacientes pediátricos.

Imagen no disponible

DESCRIPCIÓN

La hoja de laringoscopio Miller recta #00 con fibra óptica es un instrumento especializado para laringoscopia directa en el ámbito anestesiológico y de vía aérea difícil. Su sistema de fibra óptica proporciona iluminación coaxial que permite una visualización clara y directa de las estructuras laríngeas durante procedimientos de intubación endotraqueal.

La geometría recta característica de la hoja Miller facilita el desplazamiento de la epiglotis para exponer completamente la comisura anterior y las cuerdas vocales. Las dimensiones compactas (longitud total 6.5 cm, longitud de trabajo 4.5 cm) la hacen particularmente apta para procedimientos en población pediátrica y en casos de anatomía comprometida.

Este instrumento es componente esencial en protocolos de manejo de vía aérea en servicios de anestesiología, urgencias, cuidados intensivos y quirófanos. Fabricado por HGM bajo estándares de calidad industrial, garantiza durabilidad y precisión óptica consistente en múltiples usos clínicos.

CARACTERÍSTICAS

- Hoja recta tipo Miller
- Iluminación por fibra óptica
- Área de trabajo 4.5 cm
- Tamaño #00 (pediátrico)
- Diseño ergonómico
- Acoplamiento estándar

- Visibilidad coaxial

■ USO RECOMENDADO

Anestesiología general; Manejo de vía aérea difícil; Intubación endotraqueal en población pediátrica; Procedimientos quirúrgicos; Servicios de urgencias y emergencias; Unidades de cuidados intensivos

Documento preliminar: no sustituye la ficha del fabricante ni acredita especificaciones, accesorios o registros todavía no validados.