

Hoja de Laringoscopio McIntosh Curva #2. Fibra Optica. Longitud Total 10.8 Cm. Longitud de Trabajo 9 Cm. Niño.

Visualización confiable para un manejo seguro de la vía aérea pediátrica.

Marca: HGM PREMIUM

Diagnóstico

Laringoscopios

RESUMEN PRELIMINAR

Se muestran sólo datos de identidad confirmados. Especificaciones, imagen y accesorios se validan con su asesor.

Hoja de laringoscopio McIntosh curva #2 con fibra óptica integrada, diseñada específicamente para intubación en pacientes pediátricos. Proporciona visualización directa de las cuerdas vocales con iluminación LED de alta definición.



DESCRIPCIÓN

La hoja de laringoscopio McIntosh curva #2 es un instrumento de precisión destinado a la intubación endotraqueal en población pediátrica. Su diseño curvo permite la visualización indirecta de la laringe al elevar la epiglotis, facilitando el acceso a la vía aérea con mínimo trauma tisular.

Equipada con sistema de fibra óptica, proporciona iluminación LED consistente y de alta calidad en el campo operatorio, mejorando la visibilidad durante procedimientos de intubación. La transmisión óptica permite una visualización clara independientemente de la posición del paciente.

El instrumento cuenta con longitud total de 10.8 cm y longitud de trabajo de 9 cm, dimensiones optimizadas para anatomía pediátrica. Su construcción en acero inoxidable quirúrgico garantiza durabilidad y facilita procesos de esterilización estándar en establecimientos sanitarios.

Como componente integral de sistemas laringoscópicos, esta hoja es compatible con mangos laringoscópicos estándar y se utiliza en procedimientos de manejo de vía aérea, anestesia general y soporte respiratorio en pacientes pediátricos.

CARACTERÍSTICAS

- Hoja curva McIntosh tipo #2
- Fibra óptica integrada
- Iluminación LED
- Acero inoxidable quirúrgico

- Diseño pediátrico
- Compatible con mangos laringoscópicos estándar
- Reutilizable
- Fácil de esterilizar

■ USO RECOMENDADO

Intubación endotraqueal en pacientes pediátricos; Manejo de vía aérea en procedimientos quirúrgicos; Anestesia general pediátrica; Soporte respiratorio de emergencia; Cuidados intensivos pediátricos

Documento preliminar: no sustituye la ficha del fabricante ni acredita especificaciones, accesorios o registros todavía no validados.