

Hoja de Laringoscopio McIntosh Curva #3. Fibra Optica.longitud Total 12.4 Cm. Longitud de Trabajo 11 Cm. Adulto.

Visualización clara y precisa de vías aéreas adultas con tecnología de fibra óptica de confianza.

Marca: HGM PREMIUM

Diagnóstico

Laringoscopios

RESUMEN PRELIMINAR

Se muestran sólo datos de identidad confirmados. Especificaciones, imagen y accesorios se validan con su asesor.

Hoja de laringoscopio McIntosh curva #3 con fibra óptica integrada, diseñada para intubación en pacientes adultos. Instrumento de precisión con longitud total de 12.4 cm y área de trabajo de 11 cm.



DESCRIPCIÓN

La hoja de laringoscopio McIntosh curva #3 es un instrumento especializado para visualización indirecta de las cuerdas vocales durante procedimientos de intubación endotraqueal en pacientes adultos. Su diseño curvo permite la elevación indirecta de la epiglotis, proporcionando una visión clara de la glotis sin contacto directo con estructuras sensibles.

Equipada con fibra óptica de alta transmisión luminosa, garantiza iluminación óptima del campo quirúrgico incluso en condiciones de visibilidad limitada. La tecnología de fibra óptica proporciona una imagen clara y sin sombras, mejorando la precisión durante el procedimiento.

Su tamaño de #3 es indicado para la mayoría de pacientes adultos, con dimensiones que facilitan el acceso a vías aéreas con diferentes anatomías. La construcción de precisión asegura durabilidad y consistencia en múltiples usos.

La marca HGM Premium ofrece estándares de calidad reconocidos en equipamiento médico, con materiales biocompatibles y procesos de esterilización compatible con los protocolos hospitalarios estándar.

CARACTERÍSTICAS

- Hoja curva tipo McIntosh
- Fibra óptica integrada
- Iluminación LED de alta intensidad
- Diseño ergonómico para acceso a vías aéreas
- Compatible con mangos estándar de laringoscopio

- Acero inoxidable de grado médico
- Reutilizable tras esterilización
- Visión clara sin puntos de sombra

USO RECOMENDADO

Intubación endotraqueal en pacientes adultos; Procedimientos de anestesia general; Manejo de vías aéreas en unidades de cuidados intensivos; Procedimientos quirúrgicos bajo anestesia; Intubación de emergencia en servicios de urgencias

Documento preliminar: no sustituye la ficha del fabricante ni acredita especificaciones, accesorios o registros todavía no validados.