LAMPARA para CIRUGIA con EQUIPO de EMERGENCIA

Marca: BAME | Quirófano | Lámparas Quirúrgicas

FICHA PRELIMINAR
Contenido técnico capturado para revisión. No acredita cumplimiento ni sustituye la documentación del fabricante.



Lámpara quirúrgica de uso hospitalario diseñada para iluminar el campo operatorio durante exploraciones y procedimientos quirúrgicos. Su función es apoyar la visibilidad clínica en quirófano y en entornos donde se requiere iluminación focalizada y estable. De acuerdo con fuentes comerciales encontradas, se asocia con un sistema de emergencia para mantener continuidad de iluminación en caso de falla eléctrica. Es una solución orientada a unidades quirúrgicas, salas de procedimientos y áreas hospitalarias que requieren equipamiento de iluminación profesional.

La lámpara quirúrgica con equipo de emergencia es un componente esencial en áreas de cirugía y procedimientos donde la calidad de la iluminación impacta directamente en la precisión del equipo médico. En las fuentes consultadas se identifica una solución BAME asociada al modelo ULTRATEC 6000, descrita como una lámpara quirúrgica fija para iluminar el campo operatorio durante exploraciones o maniobras quirúrgicas, con integración de luminaria de emergencia y reemplazo automático.

Este tipo de equipo se utiliza principalmente en quirófanos y en áreas clínicas donde se requiere una iluminación focalizada, continua y de uso profesional. Su aplicación es especialmente relevante en procedimientos quirúrgicos, salas de operación y entornos hospitalarios de atención especializada. La referencia encontrada destaca un diseño orientado a facilitar la observación del campo quirúrgico, con control de intensidad y una configuración pensada para el trabajo clínico continuo.

Desde el punto de vista comercial, este producto aporta valor a hospitales, clínicas y unidades médicas que buscan mantener continuidad operativa en áreas críticas. La función de emergencia es un atributo especialmente útil para instituciones que priorizan la disponibilidad del servicio y la seguridad durante procedimientos sensibles. Para el personal médico, contar con una lámpara quirúrgica de este tipo contribuye a mejorar la visibilidad general del área de trabajo y a sostener condiciones adecuadas de iluminación en momentos donde la continuidad es prioritaria.

En instituciones públicas y privadas, este equipo puede integrarse como parte del equipamiento de quirófano o de salas de procedimientos de segundo y tercer nivel, siempre considerando la validación final del modelo, configuración e instalación conforme a la necesidad del proyecto. Comercialmente, se trata de una solución dirigida a compras institucionales, licitaciones y renovaciones de infraestructura hospitalaria que requieren productos de iluminación quirúrgica con perfil profesional.

Considerando la información disponible, esta ficha debe tratarse como una propuesta comercial enriquecida con base en fuentes coincidentes, no como ficha oficial verificada. Aun así, la coincidencia entre la denominación histórica, la marca BAME y el tipo de producto permite presentarlo con enfoque institucional para catálogos B2B.

CARACTERÍSTICAS

- Uso quirúrgico para iluminación del campo operatorio
- Configuración con sistema de emergencia

- Aplicación en quirófano y áreas de procedimientos
- Equipo de uso profesional hospitalario
- Orientada a continuidad de iluminación en entornos críticos
- Producto asociado a la marca BAME
- Referencia comercial histórica compatible con lámpara quirúrgica
- Solución para instituciones médicas de atención especializada

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de producto	Lámpara quirúrgica
Sistema de emergencia	Luminaria de emergencia con reemplazo automático
Montaje	Columna fija al techo
Giro del brazo porta lámparas	360°
Intensidad de iluminación	120,000 a 160,000 lux por luminaria a 1 metro
Temperatura de color	4,000 a 5,000 kelvin
Alimentación eléctrica	120 V / 60 Hz
Profundidad del campo de luz	70 a 75 cm y 125 a 140 cm

INCLUYE

- Equipo de iluminación quirúrgica
- Sistema de emergencia integrado

Uso recomendado: Quirófanos de hospitales y clínicas; Salas de procedimientos quirúrgicos; Áreas de exploración clínica que requieren iluminación focalizada

Documento preliminar: no sustituye la ficha del fabricante ni acredita especificaciones, accesorios o registros todavía no validados.