

Insuflador 50L/MIN HS-50F con Calefacción y Evacuación de Humos y Accesorios

Marca: MINDRAY

Quirófano

Endoscopia y Laparoscopia

FICHA PRELIMINAR

Contenido técnico capturado para revisión. No acredita cumplimiento ni sustituye la documentación del fabricante.

Insuflador quirúrgico de 50 L/min asociado al modelo HS-50F de Mindray, descrito históricamente con función de calefacción y evacuación de humos. Está orientado a apoyar procedimientos de cirugía mínimamente invasiva en entornos hospitalarios y quirófanos, donde se requiere control del flujo de gas y una mejor gestión del campo operatorio. Su uso se vincula con áreas quirúrgicas que integran equipamiento especializado para laparoscopia y procedimientos endoscópicos.

El producto identificado en la información histórica corresponde a un insuflador Mindray HS-50F de 50 L/min, descrito con calefacción y evacuación de humos. Se trata de un equipo asociado al entorno de cirugía mínimamente invasiva, pensado para formar parte del soporte tecnológico del quirófano durante procedimientos donde el control del gas y la visibilidad del campo operatorio son relevantes.

En términos comerciales, este tipo de equipo se relaciona con aplicaciones clínicas en laparoscopia y procedimientos endoscópicos, así como con entornos hospitalarios que cuentan con una infraestructura quirúrgica especializada. Su valor para hospitales y clínicas radica en que se integra a flujos de trabajo quirúrgicos que demandan equipos funcionales, de uso profesional y alineados con las necesidades del personal médico y de enfermería en sala de operaciones.

Dado que las fuentes públicas encontradas no permiten validar con certeza todas las especificaciones del modelo, esta ficha debe tratarse como un registro comercial con verificación pendiente. No se debe asumir un conjunto de accesorios, consumibles o certificaciones no confirmadas. Para publicación en WooCommerce, conviene mantener el enfoque en su descripción funcional general y en su aplicación dentro de quirófano, evitando afirmaciones técnicas no documentadas.

Como propuesta de catálogo B2B, el producto puede ser relevante para hospitales generales, clínicas quirúrgicas, centros de cirugía ambulatoria e instituciones que buscan ampliar o sustituir equipamiento para procedimientos mínimamente invasivos. Su posicionamiento comercial debe centrarse en la especialidad del área quirúrgica y en la necesidad de un suministro confiable de equipo médico profesional, dejando la validación técnica final sujeta a documentación del proveedor o del fabricante.

En caso de utilizarse en licitaciones o integraciones hospitalarias, se recomienda solicitar confirmación formal de ficha, compatibilidad, accesorios incluidos y condición comercial antes de su cierre. Esto permite preservar la calidad del catálogo, evitar discrepancias técnicas y asegurar una publicación alineada con los criterios de Medianza.

CARACTERÍSTICAS

- Equipo asociado a cirugía mínimamente invasiva
- Descripción histórica vinculada al modelo HS-50F
- Capacidad nominal referida de 50 L/min
- Función descrita con calefacción
- Función descrita con evacuación de humos

- Orientado a entorno quirúrgico hospitalario
- Uso comercial en procedimientos laparoscópicos
- Integración a sala de operaciones

INCLUYE

- | | |
|--|--------------------------------------|
| ■ Insuflador HS-50F | ■ Sistema de calefacción de gas |
| ■ Sistema de evacuación de humos quirúrgicos | ■ Accesorios de conexión y operación |

Uso recomendado: Quirófano hospitalario; Procedimientos laparoscópicos

Documento preliminar: no sustituye la ficha del fabricante ni acredita especificaciones, accesorios o registros todavía no validados.