

LAMPARA DE CHICOTE BASE TRIPLE

Marca: HM3

Mobiliario médico

Lámparas de exploración

RESUMEN PRELIMINAR

Se muestran sólo datos de identidad confirmados. Especificaciones, imagen y accesorios se validan con su asesor.

Lámpara de chicote con base triple tubular cromada, diseñada para iluminación de precisión en áreas médicas. Estructura robusta con altura ajustable y movilidad mediante rodajas.

Imagen no disponible

DESCRIPCIÓN

La Lámpara de Chicote Base Triple es un equipo de iluminación especializado para entornos clínicos y hospitalarios. Su construcción en acero cromado proporciona durabilidad y resistencia a la corrosión, características esenciales en ambientes médicos de alto flujo.

Cuenta con una pantalla de aluminio de 20 cm de diámetro con acabado pulido espejo, que concentra y refleja la luz de forma óptima. El sistema de altura variable (155-195 cm) permite adaptar el equipo a diferentes tipos de mesas y procedimientos, mientras que el tubo flexible de 25 cm facilita el posicionamiento preciso de la fuente luminosa.

La base triple tubular cromada con tres apoyos de acero de 38 mm garantiza estabilidad y distribución equilibrada del peso. Las rodajas de hule termoplástico permiten movilidad ágil sin comprometer la firmeza del equipo durante su uso.

Esta lámpara es idónea para consultorios, áreas de hospitalización, urgencias y procedimientos de precisión que requieran iluminación controlada y posicionable.

CARACTERÍSTICAS

- Pantalla de aluminio 20 cm de diámetro con acabado pulido espejo
- Tubo flexible 25 cm de largo acabado cromo
- Socket de porcelana
- Apagador integrado en cable
- Base triple tubular cromada
- Tres apoyos de acero 38 mm x 1.2 mm de espesor
- Rodajas de hule termoplástico 50 mm de diámetro
- Cable de alimentación tw 16 awg con clavija moldeada polarizada

- Perilla opresora para fijación de extensión
- Altura variable e regulable

USO RECOMENDADO

Consultorios médicos; Áreas de hospitalización; Servicios de urgencias; Consulta externa; Procedimientos de exploración clínica; Curaciones y revisiones; Cuneros pediátricos

Documento preliminar: no sustituye la ficha del fabricante ni acredita especificaciones, accesorios o registros todavía no validados.