MEDIANZA

FICHA TÉCNICA
SKU SHDGHD7MS

Desfibrilador monitor SCHILLER DEFIGARD HD-7 con marcapasos, SpO?

Marca: Schiller | Monitoreo | Desfibriladores y DEA

Desfibrilador monitor profesional con pantalla táctil de 7 pulgadas, modos manual y DEA, ECG y estimulación externa. Configuración comercial con SpO?.

El DEFIGARD HD-7 reúne desfibrilación manual, modo DEA semiautomático, monitorización y estimulación externa en un equipo portátil. Su selector permite cambiar de modo y la pantalla táctil ofrece acceso directo a las funciones. Incorpora impresora de tres canales y autopruebas automáticas con indicación de disponibilidad.

La referencia comercial indicada se cotiza con marcapasos y SpO?. El fabricante ofrece distintas opciones de oximetría y módulos adicionales. EtCO?, desfibrilación interna, soluciones avanzadas de RCP, carro y servicios de conectividad no se consideran incluidos salvo especificación expresa en la cotización. La imagen muestra la familia HD-7 y puede representar opciones adicionales.



CARACTERÍSTICAS

- Pantalla táctil de 7 pulgadas.
- Selección directa entre monitorización, desfibrilación manual, DEA y estimulación.
- ECG de seis derivaciones.
- Impresora integrada de tres canales.
- Autopruebas automáticas e indicador LED de estado.
- Conector común para las opciones de parches, palas y cucharas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Pantalla	Táctil, 7 pulgadas
Modos	Monitorización, manual, DEA semiautomático y marcapasos externo
ECG	6 derivaciones
Impresora	Térmica, 3 canales
Configuración de esta referencia	Marcapasos y SpO?
SpO? de la familia	MASIMO o Nellcor, según la opción contratada
Opciones adicionales	EtCO?, desfibrilación interna, sensores de RCP y carro, según configuración

INCLUYE

- Unidad DEFIGARD HD-7 en la configuración identificada para esta referencia.
- La imagen representa la familia
- Cables, sensores, electrodos y demás accesorios según la dotación detallada en la cotización.
- no acredita la inclusión de todos los módulos o accesorios visibles

Uso recomendado: Monitorización y desfibrilación por personal sanitario capacitado conforme al manual, protocolos locales y configuración suministrada.