Lámpara de repuesto Welch Allyn 06000-U de 2.5 V para laringoscopia

Marca: Welch Allyn | Diagnóstico | Refacciones para laringoscopios

Lámpara individual de repuesto Welch Allyn 06000-U, de 2.5 V, con iluminación halógena HPX para los componentes compatibles de laringoscopia.



La Welch Allyn 06000-U es una lámpara de repuesto individual de 2.5 V para sistemas de laringoscopia compatibles. La referencia del fabricante identifica el repuesto que debe cotejarse con el instrumento.

Compatibilidad documental: Mangos de fibra óptica 60813, 60814, 60815 y 60713 de 2.5 V. La selección del repuesto depende del instrumento y del voltaje; no se asume intercambiabilidad con las otras lámparas de la familia.

Se entrega únicamente la lámpara. No incluye hoja, mango, cartucho portafoco ni estuche. Esta referencia corresponde a iluminación halógena HPX; no se presenta como conversión LED ni se atribuye una vida útil cuantificada que no está confirmada para el producto.

CARACTERÍSTICAS

- Repuesto individual original de referencia 06000-U
- Voltaje nominal 2.5 V
- Iluminación halógena HPX
- Compatibilidad por referencia del instrumento

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia del fabricante	06000-U
Voltaje	2.5 V
Tecnología	halógena HPX
Instrumentos relacionados	Mangos de fibra óptica 60813, 60814, 60815 y 60713 de 2.5 V

INCLUYE

- Lámpara de repuesto 06000-U

Uso recomendado: Reposición del componente de iluminación en el instrumento compatible, conforme a sus instrucciones de uso.

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso conforme al fabricante. Imágenes ilustrativas.