Mango de laringoscopio Welch Allyn 60835, recargable de fibra óptica

Marca: Welch Allyn | Diagnóstico | Laringoscopios



Mango individual de laringoscopio Welch Allyn 60835, formato recargable de fibra óptica, de 3.5 V. No incluye hoja.

El Welch Allyn 60835 es un mango individual de laringoscopio recargable de fibra óptica. Esta referencia tiene voltaje nominal de 3.5 V y debe utilizarse con hojas del sistema compatible.

La alimentación de la presentación corresponde a: batería nicad; cargador compatible por separado. Se distingue de los estuches que incluyen varias hojas y mangos, así como de los mangos para otoscopios u oftalmoscopios.

La compra de este SKU corresponde al mango. La hoja, los accesorios y el cargador, cuando se requiera, se seleccionan según la configuración suministrada. La limpieza, preparación y operación deben seguir las instrucciones del fabricante.

CARACTERÍSTICAS

- Mango individual de laringoscopio
- Alimentación de 3.5 V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	60835
Formato	recargable de fibra óptica
Voltaje	3.5 V
Alimentación	Batería NiCad
Presentación	Mango individual

INCLUYE

- Mango de laringoscopio. Hoja y cargador por separado.

Uso recomendado: Laringoscopia por personal capacitado con componentes compatibles y conforme a las instrucciones del instrumento.

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso conforme al fabricante. Imágenes ilustrativas.